

2020年5月

各位

SBバイオサイエンス株式会社

トロポニンキット、ミオグロビンキット、クレアチンキナーゼアイソザイムキット

「トリアージテスト CP」自主回収に関するお詫びとお願い

謹啓

平素は、弊社製品に格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度 弊社が製造販売しております「トリアージテスト CP」(5 テスト包装及び 25 テスト包装)の外箱ラベルに表示不良があることが判明いたしましたため、当該製品を自主回収することいたしました。製造不良品を出荷しましたことを深くお詫びいたしますとともに、製品回収にご協力賜りますようお願い申し上げます。

つきましては、下記製造番号の「トリアージテスト CP」を在庫しておられますお客様におかれましては、お手数ではございますが納入特約店様にご返品の旨、ご連絡ください。

この度は、多大なご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございませんが、事情ご賢察のうえ、ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。

謹 白

記

1. 対象製品及びロット番号

製品名	包装単位	回収対象ロット番号	有効期限
トリアージテスト CP	5 テスト	T11068RBN	2020/08/04
	25 テスト	T11055RN	2020/07/14
		T11068RN	2020/08/04

※ロット番号の末尾にZがついている製品に表示不良はありませんので、回収対象ではありません。

2. 表示不良： 一般的名称に誤記がありました。

正	誤
クレアチンキナーゼアイソザイムキット	クレアチニ ン キナーゼアイソザイムキット

3. お問い合わせ先

SBバイオサイエンス株式会社 学術部・学術企画グループ

TEL:06-6337-5941 (フリーコール 0120-96-5953 平日 9:00~17:30)

FAX:06-6337-6020

以上